

# PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista  
Comissão de Licitações  
Pregão Eletrônico - 008/2022

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Pedido	Situação	Embasamento
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL	46.563.938/0014-35	21/03/2022 - 16:15	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	Indeferido 23/03/2022	<p>A empresa Canon Medical Systems do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 46.563.938/0014-35, vem, nos termos da Lei Federal e suas alterações, solicitar ESCLARECIMENTO dos termos do edital da licitação em epígrafe, visando esclarecer os termos do edital quanto as questões Técnicas no ITEM 01 – APARELHO DE ULTRASSOM, pelos seguintes motivos:</p> <p>ESCLARECER:</p> <p>Onde se lê: WIFI &amp;#167; Alterar para: [Retirar] &amp;#167; Justificativa: A alteração permite que cada empresa ofereça solução compatível a seu equipamento, não interferindo no desempenho do mesmo.</p> <p>Onde se lê: mínimo de 1.800 frames/seg &amp;#167; Será aceito: mínimo de 1.100 frames/seg &amp;#167; Justificativa: O frame rate diz respeito à taxa de imagens exibidas a cada segundo, uma taxa elevada garante maior resolução e velocidade de exibição da imagem, porém, o olho humano possui limitações, e acima de uma taxa de 200fps, qualquer alteração já não é mais perceptível à olho nu. Portanto, a alteração não representa rebaixamento na qualidade clínica do exame e na resolução da imagem.</p> <p>Onde se lê: faixa dinâmica de igual ou superior a 280 db &amp;#167; Será aceito: faixa dinâmica de igual ou superior a 210 db &amp;#167; Justificativa: A faixa dinâmica determina a quantidade de tons de cinza que a imagem possui, e como um todo o contraste da imagem. Os equipamentos de ultrassom atuais possuem diversos softwares de melhoramento de imagem em comparação com equipamentos antigos onde a imagem era mais "pura", sendo assim podemos afirmar que um equipamento com número inferior de faixa dinâmica pode desempenhar melhor que equipamentos com números mais elevados, justamente pela presença desses softwares.</p> <p>Onde se lê: com tela digital touch screen de no mínimo 12" &amp;#167; Será aceito: com tela digital touch screen de no mínimo 10" &amp;#167; Justificativa: A alteração permite que cada empresa ofereça solução compatível a seu equipamento, não interferindo no desempenho do mesmo.</p> <p>Onde se lê: Fonte bivolt automático &amp;#167; Será aceito: Fonte bivolt automático ou através de nobreak bivolt automático &amp;#167; Justificativa: Ampla concorrência</p>

Resposta: Em resposta a sua solicitação informamos:

- A conectividade WIFI está presente em diversos equipamentos e facilita a transferência de dados. Mantemos o solicitado no descritivo.
- A taxa de quadros por segundo é importante na visão geral da qualidade de imagem. Mantemos o solicitado no descritivo.
- Entendemos que a faixa dinâmica é de grande importância na formação de imagem de qualidade. Mantemos o solicitado no descritivo.
- Uma tela touch screen de 12" ou maior, ajuda na visualização dos comandos e no workflow. Mantemos o solicitado no descritivo.
- Bivolt automático evita acidentes que possam prejudicar o equipamento. Mantemos o solicitado no descritivo.

